CENTER 326

Калибратор шумомеров



CENTER®

Параметры:	Center 326	Center 327
Выходной уровень звукового давления	94 дБ, 114 дБ	94 дБ
Частота сигнала калибровки	1000 Гц ± 2 %	125 Гц ± 2 % и 250 Гц ± 2 %
Погрешность установки выходного уровня	± 0,5 дБ	
Разрешение	0,1 дБ	
Входной диаметр приемной камеры	12,7 …23 мм	
Питание	9В (тип «Крона»)	
Срок службы источника питания	40 часов	
Условия калибровки *		
Температура	23 °С	
Относительная влажность (ОВ)	50 %	
Атмосферное давление	101,3 кПа	
Суммарный коэффициент НИ	<3%	
Температурный коэффициент	0,005 дБ/°С	
Влажностный коэффициент	0,005 дБ/ % ОВ	
Общие данные		
Габаритные размеры (В×Ш×Г)	113 × 63 × 44 мм	
Масса	170 г (вкл. бат.)	